

HK.9027.3.20

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5

74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	11 marca 2022 roku	Chlebowo SUW wps	228/2022 z dnia 11.03.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
2	04 maja 2022 roku	Stare Brynki Stacja Paliw Bp „Trójka”	359/2022 z dnia 06.05.2022r.	
			364/2022 z dnia 09.05.2022r.	
3		Chlebowo SUW wps	358/2022 z dnia 06.05.2022r.	
			363/2022 z dnia 09.05.2022r.	
			M-1130/2022 z dnia 06.05.2022r.	
			SB/49725/05/2022 z dnia 10.05.2022r.	
SB/49726/05/2022 z dnia 10.05.2022r.				

stwierdza  
przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Chlebowo”  
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE

*mgr inż. Wioletta Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl;  
gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

Gryfino, dnia 13 maja 2022 roku

HK.9027.3.99

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Szczecińska 5  
74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 195 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	14 lutego 2022 roku	Wełtyń SUW wps	149/2022 z dnia 17.02.2022r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			133/2022 z dnia 15.02.2022r.	
2		Wełtyń ul. Bol. Chrobrego 4	150/2022 z dnia 17.02.2022r.	
			134/2022 z dnia 15.02.2022r.	
3		ul. Bol. Chrobrego 4	361/2022 z dnia 06.05.2022r.	
			366/2022 z dnia 09.05.2022r.	
4	04 maja 2022 roku	Wełtyń SUW wps	360/2022 z dnia 06.05.2022r.	
			365/2022 z dnia 09.05.2022r.	
			M-1129/2022 z dnia 06.05.2022r.	Polcargo International Sp. z o.o.
			SB/49727/05/2022 z dnia 10.05.2022r.	Laboratorium SGS Polska Pszczyna
			SB/49728/05/2022 z dnia 10.05.2022r.	

stwierdza

**przydatność** wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Wełtyń”  
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl;  
gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

MŻ